Maxxion
Advanced Biomaterials

Fixador Externo “Cromus”

Guia de Montagem

CE
0434

BAUMER
Compromisso com a saúde



Posicione o fixador externo da maneira adequada e utilize os protetores de partes moles para passar os pinos. Estes sempre devem ser broqueados antes. Recomenda-se passar os dois pinos das extremidades primeiro. Utilize a chave em “T” para introduzir os pinos cônicos.

ATENÇÃO: Após ultrapassar a segunda cortical, nunca gire a chave em sentido reverso, sob o risco de afrouxamento do pino.

ATENÇÃO: Em caso de osteoporose, osso metafisário ou uso prolongado, recomenda-se o uso de pinos revestidos de hidroxiapatita (HA).

Coloque o fixador externo “alongado” em 2 – 3 cm. Utilize o pino na extremidade para isto. Desta forma, será possível fazer compressão se for necessário.



Atenção: o parafuso do clamp deve ser apertado até o ponto onde o eixo central da chave encoste no cabo de alumínio. Força adicional pode causar ruptura do parafuso.

O “clamp” permite correções em todos os planos e, após o correto posicionamento do fixador ou redução da fratura, todos os parafusos devem ser apertados.

4

Após a compressão / distração, trave o conjunto utilizando a chave em “L”.

5

O fixador externo está posicionado. Associe qualquer técnica cirúrgica, que for necessário.

O seu fixador externo “CROMUS” está posicionado.
Associe qualquer técnica cirúrgica aberta, que for necessário.
LEIA COM ATENÇÃO AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

EC REP Gi. Bi. S.a.s. Di Bisegna Tatiana
Via di Villa Braschi, 101 - Tivoli - Roma - Italy
P. IVA 05513281005 - 39 0774 33 3997